
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 1 CATETER BALON DILATACION CORONARIA BAJO PERFIL**

605820 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA DE BAJO PERFIL

- Longitud de 10 a 40 mm.
- Diámetro de 1,5 a 4,5 mm.
- Replegado rápido tras varios inflados.
- Publicación de estudios randomizados.

*** Lote 2 CATETER BALON DILATACION NO DISTENSIBLE**

605818 CATETER BALON DE DILATACION NO DISTENSIBLE

- Monorrail.
- No distendibles.
- Longitud de 15 a 20 mm.
- Diámetro de 2,5 a 4 mm.
- Recubrimiento hidrófobo de porción distal.

*** Lote 3 CATETER BALON DILATACION CORONARIA NO DISTENSIBLE**

023197 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA NO DISTENSIBLE

- Diámetro de 1,5 a 4 mm.
- Longitud 20 mm.
- Especial utilización para redilatación de stents.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 4 CATETER BALON DILAT.CORON.T/MONORAIL CORTO SEMI-DI**

605819 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA TIPO MONORAIL CORTOS DISTENSIBLES

- Monorail.
- Longitud de 6 a 49 mm.
- Diámetro de 1,25 a 4,5 mm.
- Presencia de una única marca radio-opaca en diámetros pequeños.

*** Lote 5 CATETER BALON DILAT.CORON.T/MONORAIL SEMIDISTENSIB**

023131 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA TIPO MONORAIL SEMI-DISTENSIBLES

- Longitud de 8 a 20 mm.
- Diámetro de 1 a 4 mm.
- Especial indicación para obstrucciones crónicas.

*** Lote 6 CATETER BALON DILATACION CORONARIA T/MONORAIL**

023137 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA TIPO MONORAIL

- Longitud 10/20 mm.
- Diámetro de 1,5 a 4 mm.
- Alta distensibilidad.
- Acceso a lesiones complejas Tipo C.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 7 CATETER BALON DILAT.CORONARIA T/MONORAIL SEMIDISTE**

023129 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA TIPO MONORAIL SEMI -DISTENSIBLES

- Longitud de 12 a 20 mm.
- Diámetro de 1,5 a 5 mm.
- Recubrimiento distal hidrófilo.
- Indicado para lesiones anguladas.

*** Lote 8 CATETER BALON DILAT.CORONARIA PARA REESTENOSIS**

605832 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA PARA REESTENOSIS

- Catéter balón con protrusiones específicas para fijación activa.
- Diametro de 2 a 4 mm.

*** Lote 9 CATETER BALON DILAT.CORON. T/MONORAIL N/DISTENSIBL**

023128 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA TIPO MONORAIL NO DISTENSIBLE

- Longitud 10/20 mm.
- Diámetro de 1,2 a 4 mm.
- Admisión de altas presiones.
- Modelo Push para diámetros pequeños.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 10 CATETER BALON DILATACION CORONARIA T/MONORAIL**

023136 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA TIPO MONORAIL

- Longitud 20 mm.
- Diámetro de 1 a 4 mm.
- Baja distensibilidad.
- Indicado para lesión de bifurcaciones por permitir inflados dobles simultáneos.

*** Lote 11 CATETER BALON DILAT.CORONARIA T/BALON C/CUCHILLAS**

601247 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA. TIPO BALON CON CUCHILLAS

- 4 cuchillas.
- Varios diámetros.
- Varias longitudes.

*** Lote 12 CATETER BALON DILAT.CORONARIA DIFERENTES DIAMETROS**

023120 CATETER BALON DE DILATACION CORONARIA DIFERENTES DIAMETROS

- Diámetro de 2,5 y 4,5 mm.
- Longitud 10 a 23 mm.
- Dos diámetros diferentes en el mismo balón.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 13 CATETER BALON LIBERA.DROGA ANGIOPLASTIA CORONARIA**

610479 CATETER BALON LIBERADOR DE DROGA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA (PACLITAXEL)

- Tipo monorrail.
- Estructura microporosa de la superficie del balon.
- Inclusion de droga (Paclitaxel).
- Varios diametros y longitudes.
- Recubrimiento hidrófilo sin polímero.
- Estudios randomizados para técnica de Kissing balón en bifurcaciones

*** Lote 14 CATETER BALON P/ANGIOPLASTIA C/SISTEMA LIBERACION**

609881 CATETER BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON SISTEMA DE LIBERACION DE DROGA

- Monorrail.
- Liberación controlada de Taxol.
- Bajo perfil de cruce.
- Estudios randomizados de reestenosis tras stent.
- Diámetros de 2 a 4 mm.
- Longitudes de 10 a 40 mm.

*** Lote 15 CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ALTA PRESION**

609880 CATETER BALON PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTA PRESION DE ROTURA

- Monorrail, con doble capa protectora.
- Alta presión de rotura (24-30 atm).
- Varios diametros y longitudes.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 16 CATET.BALON DILAT.CORON.ESPECIFICO REESTEN.Y FIBRO**

605817 CATETER BALON PARA DILATACION CORONARIA ESPECIFICO PARA REES TENOSIS Y/O FIBROSIS CORONARIA CON LIBERACION DE DROGA

- Longitud 10 - 20 mm.
- Diametro de 2 a 3,5 Fr.
- Dotado de 3 filamentos de nitinol incorporado.
- Liberador de fármaco (Paclitaxel) anti-proliferativo.

*** Lote 17 STENT GRAFT ACERO INOX. DOBLE STENT + MALLA**

605815 STENT "GRAFT", ACERO INOXIDABLE, DOBLE STENT MAS MALLA

- Doble stent incluyendo malla de PTFE.
- Diametros de 2,5 a 4,0 mm.
- Varias longitudes.a

*** Lote 18 STENT ACERO INOX. ESTRUCLMODULAR LIBERADOR DROGA (Z**

606742 STENT ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA MODULAR,LIBERADOR DE DROGA (ZOTAROLIMUS)

- Monorail.
- Acero cromo-cobalto.
- Estructura modular.
- Liberador de droga: Zotarolimus.
- Varios diametros y longitudes.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 19 STENT ACERO INOXIDABLE LIBERADOR DROGA BIOLIMUS**

610232 STENT ACERO INOXIDABLE LIBERADOR DE DROGA (BIOLIMUS)

- Monorrail.
- Aleación de cromo-cobalto.
- Estructura tubular, multicelular.
- Liberador de droga: Biolimus con polímero reabsorbible.
- Varios diámetros y longitudes.

*** Lote 20 STENT ACERO INOX. LIBERADOR DE DROGA RAPAMICINA**

603212 STENT ACERO INOXIDABLE LIBERADOR DE DROGA (RAPAMICINA)

- Monorrail.
- Aleación de cromo-cobalto.
- Estructura tubular-multicelular.
- Liberador de droga: Rapamicina.
- Varios diámetros y longitudes.

*** Lote 21 STENT ACERO INOX. RECUBIERTO DE TITANOX**

605560 STENT ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO DE TITANOX

- Monorrail.
- Acero inoxidable recubierto de titanio y óxido nítrico.
- Estructura tubular, helicoidal.
- Varios diámetros y longitudes.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 22 STENT ACERO INOX. TUBULAR MULTICELULAR SUP.TRATADA**

605557 STENT ACERO INOXIDABLE TUBULAR-MULTICELULAR, SUPERFICIE TRATADA CON IONES 02

- Monorrail.
- Acero cromo-cobalto.
- Estructura tubular-multicelular.
- Superficie tratada con iones 02.
- Varios diametros y longitudes.

*** Lote 23 STENT ALEACION CR/CO CON SISTEMA DE MALLA EXTERNO**

090008 STENT ALEACION Cr/Co CON SISTEMA DE MALLA EXTERNO

- Monorrail.
- Aleacion cromo/cobalto.
- Estructura multicelular, con malla ultrafina de PET.
- Varios diametros y longitudes.

*** Lote 24 STENT ALEACION CR/CO ESTRUCTURA TUBULAR MULTICELULAR**

607065 STENT ALEACION Cr/Co ESTRUCTURA TUBULAR-MULTICELULAR LIBERADOR DE DROGA (EVEROLIMUS)

- Monorrail.
- Aleacion cromo/cobalto.- Estructura tubular-multicelular.
- Liberador de droga: Everolimus.
- Varios diametros y longitudes.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 25 STENT ALEACION CR/CO C/LIBERACION DE DROGA**

607187 STENT DE CROMO-COBALTO LIBERADOR DE DROGA

- Monorrail.
- Estructura tubular, multicelular.
- Liberador de droga farmacoactiva (Sirolimus) y polímero reabsorbible.
- Varios diametros y longitudes.

*** Lote 26 STENT ALEACION CR/CO C/LIBERACION DROGA**

090091 STENT ALEACION Cr/Co CON LIBERADOR DE DROGA

- Monorrail.
- Aleacion cromo/cobalto.
- Estructura tubular-multicelular.
- Recubrimiento de Sirolimus con modalidad de liberación lenta.
- Varios diametros y longitudes.

*** Lote 27 STENT ALEACION CR/CO ESTRUC.TUBULA-MULTICELULAR L.**

610435 STENT ALEACION Cr/Pt ESTRUCTURA TUBULAR-MULTICELULAR LIBERADOR DE DROGA (EVEROLIMUS)

- Monorrail.
- Aleacion cromo-platino.
- Estructura tubular, muticelular.
- Liberador de droga: Everolimus.
- Varios diametros y longitudes.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 28 STENT CORONARIO NO METALICO FARMARCOACTIVO ABSORBI**

613733 STENT CORONARIO NO METALICO FARMACOACTIVO ABSORBIBLE

- Stent de polilactato de absorcion completa.
- Recubrimiento farmacoactivo de Everolimus.
- Longitud 12 a 28 mm.
- Diametro de 2,5 a 3,5 mm.

*** Lote 29 STENT ALEACION CR/CO LIBERADOR DROGA EVEROLIMUS**

606739 STENT DE ALEACION CROMO-COBALTO. LIBERADOR DE DROGA (EVEROLIMUS)

- Monorrail.
- Aleacion cromo-cobalto.
- Liberador de droga: Everolimus.
- Varios diametros y longitudes.
- Estudios randomizados publicados.

*** Lote 30 STENT FARMACOACTIVO (SIROLIMUS) CON POLIMERO NO RE**

605816 STENT FARMACOACTIVO (SIROLIMUS) CON POLIMERO NO REABSORBIBLE

- Stent de cromocobalto.
- Polimero fluorocarbonado no reabsorbible.
- Liberador de droga (sirolimus).
- Varios diametros y longitudes.
- Estudios científicos publicados.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 31 STENT METALICO C/LIBERACION DE DROGA SIROLIMUS**

606741 STENT METALICO CON LIBERACION DE DROGA (SIROLIMUS)

- Monorrail.
- Aleacion cromo-cobalto.
- Recubrimiento abluminal con celdas híbridas y balón recubierto de Taxol.
- Liberador de droga: Sirolimus.
- Varios diametros y longitudes.

*** Lote 32 STENT METALICO CON RECUBRIMIENTO DE PERICARDIO**

611721 STENT METALICO CON RECUBRIMIENTO DE PERICARDIO

- Acero inoxidable.
- Recubrimiento de una capa externa de pericardio equino.

*** Lote 33 STENT METALICO ESTRUCTURA MULTICELULAR LIBERADOR DR**

606740 STENT METALICO ESTRUCTURA MULTICELULAR, LIBERADOR DE DROGA (SIROLIMUS)

- Monorrail.
- Acero cromo-cobalto recubierto de carbón pirolítico.
- Estructura multicelular.
- Liberador de droga: Formulación amphilius (Sirolimus y ácidos grasos).
- dispositivo de liberación de droga sin polímero.
- Varios diametros y longitudes.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

*** Lote 34 STENT METALICO LIBERADOR DROGA FARMACOATIVA**

603987 STENT METALICO LIBERADOR DE DROGA FARMACOACTIVA

- Monorrail.
- Aleacion de cromo-cobalto.
- Estructura tubular-multicelular.
- Liberador de droga: Sirolimus.
- Varios diametros y longitudes.
- Sistema de matriz de polilactida biodegradable.

NOTA IMPORTANTE

NOTA IMPORTANTE PARA LOS LOTES 19 - 20 - 25 - 29 y 31:

Las empresas adjudicatarias de estos lotes pondrán a disposici on del Servicio de Cardiología, durante la vigencia del concurso la cesión de materi al sanitario consistente en:

- * Eco portatil de alta gama con posibilidad de imagen 3D.
- * Sonda transesofágica de 3D.
- * Soportes mecánicos para cateterismos radiales.
- * Soporte informático para consulta de enfermedades genéticas.

El coste de dichos materiales correrá por cuenta de las diferentes empre- sas adjudicatarias (sin cargo alguno para el Hospital) y de una manera pro porcional a su adjudicación, destinando para tal fin un 15% de la adjudica cion económica total.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS LOTES 18,24, y 27:

Las empresas adjudicatarias de estos lotes cederan sin cargo, distribuyen- dose su participacion en partes iguales (25% de los costes), una sala de hemodinamica-intervencionista con las siguientes características generales

- Arco de techo o suelo.
- Detector grande.
- Tecnologia digital de gama alta.
- Seis monitores dentro de la sala o su equivalente en pantalla grande.
- Posibilidad de almacenamiento de proyecciones.
- Posibilidad de superposicion de imagenes con Eco y TAC.
- Mesa del paciente de al menos 300 cm.
- Software de cuantificación coronaria y ventricular.

PROCEDIMIENTO ABIERTO N°: 2018-0-0007

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN EL CONCURSO CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO "MARQUES DE VALDECILLA" DE SANTANDER

DILIGENCIA.- Para hacer constar que este pliego de especificaciones técnica es aprobado por el Director Gerente del H.U.M.V. con fecha 10/08/2018.



EL DIRECTOR GERENTE DEL H.U.M.V.

P.D. (Resolución 7/10/15, BOC nº201 de 20/10/15)

Fdo. Julio Pascual Gomez

