

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Esta memoria agrupa la Memoria Justificativa del expediente de Contratación de fecha 18-06-2018, y las adendas de fechas 18-09-2018 y 10-12-2018.

1. ACUERDO MARCO

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 b) de la ORDEN SAN/957/2016 de 17 de noviembre, (BOCyL nº 225 de 22 de noviembre), por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

1.1 OBJETO

Suministro de dispositivos de punción (catéteres, agujas, agujas con jeringa y lancetas) con destino a los Centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

1.2 LOTES

Lotes	Denominación
	PARA USO PROFESIONAL
1	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, SIN ALETAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
2	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON ALETAS, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
3	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, SIN ALETAS CON SISTEMA RETENCIÓN REFLUJO DE SANGRE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
4	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CON ALETAS, CON SISTEMA RETENCIÓN REFLUJO DE SANGRE, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
5	SISTEMA CERRADO INTEGRADO DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON ALARGADERA EN "Y" Y VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
6	AGUJA HIPODÉRMICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
7	AGUJA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACÍO, CON PORTATUBOS PREMONTADO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
8	AGUJA CON ALETAS (PALOMILLAS) PARA INFUSIÓN, TUBO CORTO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
9	AGUJA CON ALETAS (PALOMILLAS) PARA INFUSIÓN, TUBO LARGO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
10	AGUJA CON ALETAS (PALOMILLAS) PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACÍO, CON PORTATUBOS PREMONTADO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
11	DISPOSITIVO DE CONEXIÓN A CATÉTER, PARA OBTENCIÓN MUESTRAS SANGUÍNEAS POR VACÍO
12	AGUJA PARA PUNCIÓN DE RESERVOIRIO SUBCUTÁNEO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
13	AGUJA PARA PUNCIÓN DE RESERVOIRIO SUBCUTÁNEO, ALTA PRESIÓN, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
14	AGUJA PARA PUNCIÓN DE RESERVOIRIO SUBCUTÁNEO, CON BIOCONECTOR EN "Y", CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
15	AGUJA PARA PUNCIÓN DE RESERVOIRIO SUBCUTÁNEO, ALTA PRESIÓN, CON BIOCONECTOR EN "Y", CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
16	AGUJA CON JERINGA PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 0,3 ML/30 UI., CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
17	AGUJA CON JERINGA PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 0,5 ML/50 UI., CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
18	AGUJA CON JERINGA PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA, 1 ML/100 UI., CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
19	AGUJA CON JERINGA, PARA ADMINISTRACIÓN DE TUBERCULINA, 1 ML, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
20	AGUJA CON JERINGA HEPARINIZADA PARA GASOMETRÍA, 3 ML, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
21	AGUJA PUNTA ROMA, DE ACERO INOXIDABLE, PARA CARGA DE MEDICACIÓN.
22	CÁNULA PUNTA ROMA DE PLÁSTICO, PARA CARGA DE MEDICACIÓN
23	AGUJA PARA PLUMA, BOLÍGRAFO Y JERINGA PRECARGADA DE INSULINA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
24	LANCETA DE PUNCIÓN CAPILAR, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
	PARA AUTOADMINISTRACIÓN O USO DE PACIENTE
25	AGUJA CON JERINGA, PARA AUTOADMINISTRACIÓN DE INSULINA DE PACIENTE, 0,3 ML/30 UI.
26	AGUJA CON JERINGA, PARA AUTOADMINISTRACIÓN DE INSULINA DE PACIENTE, 0,5 ML/50 UI.
27	AGUJA PARA PLUMA, BOLÍGRAFO Y JERINGA PRECARGADA DE INSULINA, PARA USO DE PACIENTE
28	LANCETA DE PUNCIÓN CAPILAR PARA USO DE PACIENTE

1.3 CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN:

Código CPA: 32.50.13. Jeringas, agujas, catéteres, cánulas y similares.

Código CPV: 33141320-9. Agujas uso médico



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641C5B9946D8F49E6397C - Fecha Copia: 08/02/2019 11:08:44

Firmado por:

JEFE DE SERVICIO:

Fecha Firma: 2019-02-08 10:45:17, INMACULADA MAILLO ROSON

1.4 NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES

Actualmente se están adquiriendo en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, entre otros productos, dispositivos de punción (catéteres, agujas, agujas con jeringa, agujas para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina y lancetas), necesarias para el desarrollo eficiente y funcional de su actividad asistencial siendo los Centros de Atención Especializada y Primaria los que en su cartera de servicios realizan esta prestación. La adquisición se lleva a cabo de forma centralizada por entenderse que es el modo más beneficioso de contratación para esta Gerencia por razones de volumen y de unificación de la licitación.

El anterior procedimiento de adquisición ha sido abierto mediante Acuerdo Marco (AM) con varios adjudicatarios, exp. 122/2014 "Suministro de dispositivos de punción (catéteres, agujas, agujas con jeringa y lancetas)". La duración del AM ha sido de tres años contando con una prórroga de un año, finalizando la vigencia el 4 de marzo de 2018. El importe estimado para la duración total fue de 12.404.445 € sin IVA y 13.644.890 € con 10% IVA. El importe anual estimado fue de 4.134.815 € sin IVA y de 4.548.297 € con 10% de IVA.

Se han estudiado las adquisiciones anuales realizadas durante 2016-2017, siendo el consumo de 28.342.353 unidades y el importe (sin IVA) de 3.067.565 €. El análisis de datos revela:

- A. Mediante procedimientos derivados del anterior AM tramitado centralizadamente (expediente 122/2014) se han consumido 28.258.833 unidades. El gasto ha ascendido a 3.011.140 €, excluido el IVA.
- B. Asimismo se han consumido otros artículos (sistema cerrado integrado de catéter venoso, dispositivo de conexión para obtención muestras sanguíneas por vacío, aguja con jeringa para administración de insulina 0,3 ml/30 U.I., cánula punta roma de plástico para carga de medicación) incluidos en el Catálogo Centralizado de productos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León pero no integrados en el anterior Acuerdo Marco, ascendiendo el consumo a 83.520 unidades con un gasto de 56.424 €

DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN. Consumo anual 2016-2017		Unidades	Importe (sin IVA)
A	Adquisición en AM exp. 122/2014	28.258.833	3.011.140
B	Adquisición artículos no integrados en AM	83.520	56.424
Total A + B		28.342.353	3.067.565

Se considera que se debe continuar con la homologación de todos los artículos integrados en el anterior Acuerdo Marco y artículos nuevos dentro del Catálogo, para abarcar la casi totalidad de los productos que permitan cubrir todas las necesidades asistenciales en Centros de Atención Primaria y Atención Especializada.

1.5 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El futuro procedimiento de adjudicación será abierto, centralizado y de tramitación ordinaria, mediante un nuevo Acuerdo Marco con varios adjudicatarios, ya que en aras a favorecer la máxima



concurencia no existen restricciones a que cualquier empresario interesado pueda presentar una proposición. Asimismo estará dividido en lotes según lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 116.4 a) de la citada Ley se elige este procedimiento porque la centralización de las compras en el Sector Público supone una ventaja tanto desde el punto de vista de la gestión, como del coste y de la calidad, ya que dicho sistema permite simplificar las tareas administrativas, normalizar los productos, homogeneizar precios y mejorar la coordinación con los Centros,

1.6 PLAZO DEL CONTRATO

La duración inicial del contrato será de dos años, desde la formalización del contrato.

La duración máxima del contrato es de cuatro años, incluidas las dos posibles prórrogas de un año cada una.

La duración de este Acuerdo Marco está justificada porque se entiende que durante su vigencia se mantendrán estables tanto los precios como las características de los productos.

1.7 PRECIO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El precio y las unidades estimadas son las siguientes:

Lotes	Consumo anual estimado (unid/año)	Precio unitario (IVA excluido)	Tipo de IVA (%)	IVA unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Pres licitación unitario anual (IVA excluido)	Aplicación presupuestaria
1	739.000	0,5000	21	0,1050	0,6050	369.500,00	G/312A02/22121/0
2	568.000	0,5200	21	0,1092	0,6292	295.360,00	G/312A02/22121/0
3	177.400	0,5800	21	0,1218	0,7018	102.892,00	G/312A02/22121/0
4	35.800	0,5800	21	0,1218	0,7018	20.764,00	G/312A02/22121/0
5	3.300	3,8500	21	0,8085	4,6585	12.705,00	G/312A02/22121/0
6	4.127.000	0,0800	21	0,0168	0,0968	330.160,00	G/312A02/22121/0
7	1.435.300	0,2850	21	0,0599	0,3449	409.060,50	G/312A02/22121/0
8	12.000	0,3500	21	0,0735	0,4235	4.200,00	G/312A02/22121/0
9	18.500	0,3500	21	0,0735	0,4235	6.475,00	G/312A02/22121/0
10	1.414.000	0,4500	21	0,0945	0,5445	636.300,00	G/312A02/22121/0
11	68.000	0,2700	21	0,0567	0,3267	18.360,00	G/312A02/22117/0
12	12.000	3,7000	21	0,7770	4,4770	44.400,00	G/312A02/22121/0
13	27.300	3,9000	21	0,8190	4,7190	106.470,00	G/312A02/22121/0
14	5.800	4,1000	21	0,8610	4,9610	23.780,00	G/312A02/22121/0
15	3.900	4,3000	21	0,9030	5,2030	16.770,00	G/312A02/22121/0
16	22.400	0,1850	21	0,0389	0,2239	4.144,00	G/312A02/22121/0
17	473.500	0,1850	21	0,0389	0,2239	87.597,50	G/312A02/22121/0
18	111.600	0,1850	21	0,0389	0,2239	20.646,00	G/312A02/22121/0
19	23.200	0,1900	21	0,0399	0,2299	4.408,00	G/312A02/22121/0
20	187.000	0,5000	21	0,1050	0,6050	93.500,00	G/312A02/22121/0
21	5.000.000	0,0400	21	0,0084	0,0484	200.000,00	G/312A02/22121/0
22	606.000	0,0500	21	0,0105	0,0605	30.300,00	G/312A02/22121/0
23	367.200	0,2500	21	0,0525	0,3025	91.800,00	G/312A02/22121/0
24	1.777.600	0,0500	21	0,0105	0,0605	88.880,00	G/312A02/22121/0
25	77.800	0,0520	10	0,0052	0,0572	4.045,60	G/312A02/22121/0
26	62.000	0,0520	10	0,0052	0,0572	3.224,00	G/312A02/22121/0
27	10.156.000	0,0500	10	0,0050	0,0550	507.800,00	G/312A02/22121/0
28	831.000	0,0200	10	0,0020	0,0220	16.620,00	G/312A02/22121/0



Para la determinación del precio y según lo dispuesto en el artículo 102 de la LCSP, se ha tenido en cuenta las unidades de consumo y el precio de adquisición actual en nuestros Centros, los precios de licitación del procedimiento anterior y los precios de venta de las empresas del sector en otras Comunidades Autónomas, por lo que se estima que son los precios de mercado.

Respecto al Acuerdo Marco anterior los precios unitarios de licitación se han reducido un promedio del 7,46%

Dado que en este procedimiento abierto no se puede definir con exactitud al inicio del contrato la cantidad de dispositivos de punción necesarios, el adjudicatario está obligado a entregar este bien subordinado a las necesidades de la Administración.

El presupuesto base de licitación para los dos años de duración del procedimiento se ha determinado teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 100.2 de la LCSP, siendo el siguiente:

Lotes	Consumo anual estimado (unid/año)	Precio unita- rio (IVA ex- cluido)	IVA (%)	Pres. base licitación (IVA excluido) 2 años	Importe IVA (2 años)	Pres. base licitación (IVA incluido) 2 años
1	739.000	0,5000	21	739.000,00	155.190,00	894.190,00
2	568.000	0,5200	21	590.720,00	124.051,20	714.771,20
3	177.400	0,5800	21	205.784,00	43.214,64	248.998,64
4	35.800	0,5800	21	41.528,00	8.720,88	50.248,88
5	3.300	3,8500	21	25.410,00	5.336,10	30.746,10
6	4.127.000	0,0800	21	660.320,00	138.667,20	798.987,20
7	1.435.300	0,2850	21	818.121,00	171.805,41	989.926,41
8	12.000	0,3500	21	8.400,00	1.764,00	10.164,00
9	18.500	0,3500	21	12.950,00	2.719,50	15.669,50
10	1.414.000	0,4500	21	1.272.600,00	267.246,00	1.539.846,00
11	68.000	0,2700	21	36.720,00	7.711,20	44.431,20
12	12.000	3,7000	21	88.800,00	18.648,00	107.448,00
13	27.300	3,9000	21	212.940,00	44.717,40	257.657,40
14	5.800	4,1000	21	47.560,00	9.987,60	57.547,60
15	3.900	4,3000	21	33.540,00	7.043,40	40.583,40
16	22.400	0,1850	21	8.288,00	1.740,48	10.028,48
17	473.500	0,1850	21	175.195,00	36.790,95	211.985,95
18	111.600	0,1850	21	41.292,00	8.671,32	49.963,32
19	23.200	0,1900	21	8.816,00	1.851,36	10.667,36
20	187.000	0,5000	21	187.000,00	39.270,00	226.270,00
21	5.000.000	0,0400	21	400.000,00	84.000,00	484.000,00
22	606.000	0,0500	21	60.600,00	12.726,00	73.326,00
23	367.200	0,2500	21	183.600,00	38.556,00	222.156,00
24	1.777.600	0,0500	21	177.760,00	37.329,60	215.089,60
25	77.800	0,0520	10	8.091,20	809,12	8.900,32
26	62.000	0,0520	10	6.448,00	644,80	7.092,80
27	10.156.000	0,0500	10	1.015.600,00	101.560,00	1.117.160,00
28	831.000	0,0200	10	33.240,00	3.324,00	36.564,00
TOTAL				7.100.323,20	1.374.096,16	8.474.419,36

El presupuesto base de licitación (IVA incluido) para los dos años de duración es 8.474.419,36 €.



En un contrato de suministros como el presente, se puede considerar que el precio de cada uno de los bienes a suministrar coincide con el coste de su fabricación, o con el de compra del equipo al fabricante si se trata de una empresa comercializadora, que tiene la consideración de coste directo, más la parte proporcional de los costes generales de la empresa (gastos de administración, de publicidad, mantenimiento de la red comercial...) que se imputen a cada uno de los bienes que la empresa comercialice, que tienen la consideración de costes indirectos, y más el beneficio de la empresa. A todo ello se le debe sumar el correspondiente impuesto al consumo, es decir, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

De este modo, se puede realizar el siguiente desglose estimativo de costes:

DESGLOSE DE COSTES	EXCLUIDO IVA	INCLUIDO IVA
Costes directos (84 % del precio del bien):	5.964.271,49	7.118.512,26
Costes indirectos (10 % del precio del bien):	710.032,32	847.441,94
Beneficio industrial: (6 % del precio del bien):	426.019,39	508.465,16
IVA: 21 % (lotes 1 a 24) y 10% lotes 25 a 28:		1.374.096,16

1.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Valor estimado del contrato (si se prorrogara hasta 4 años, IVA excluido es de **15.620.711,04 €**.

Para la determinación del mismo, el método de cálculo aplicado de acuerdo al artículo 101 de la LCSP es el siguiente:

- El presupuesto base de licitación sin IVA, siendo este importe de 7.100.323,20 €. Este importe pagadero según estimaciones, se ha realizado teniendo en cuenta los precios habituales del mercado, los costes directos e indirectos y el beneficio industrial.
- Posible prórroga de dos años de duración, siendo el importe sin IVA de 7.100.323,20 €.
- Posible modificación de un incremento máximo del 10% del precio del contrato y de los dos años de posible prórrogas, artículo 301.2 de LCSP, siendo este importe de 1.420.064,64 €
- No se admite incremento de los precios durante la vigencia del contrato de dos años, incluida la posible prórroga de hasta dos años más.

1.9 SOLVENCIAS

Según lo establecido en el artículo 116.4 c) de la LCSP, los criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato en relación a la solvencia técnica o profesional y económica y financiera y los importes mínimos por lote a acreditar se consideran proporcionales al objeto del contrato y a su vez son suficientes para garantizar la correcta ejecución del contrato así como la concurrencia de PYMES



1.9.1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En relación a la solvencia económica y financiera se considerará justificada en virtud de lo establecido en el artículo 87.1.a) de la LCSP y el volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato anual.

Importe mínimo por lote a acreditar:

Lotes	SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1	554.250
2	443.040
3	154.338
4	31.146
5	19.058
6	495.240
7	613.591
8	6.300
9	9.713
10	954.450
11	27.540
12	66.600
13	159.705
14	35.670
15	25.155
16	6.216
17	131.396
18	30.969
19	6.612
20	140.250
21	300.000
22	45.450
23	137.700
24	133.320
25	6.068
26	4.836
27	761.700
28	24.930



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641C5B9946D8F49E6397C - Fecha Copia: 08/02/2019 11:08:44

Firmado por:

JEFE DE SERVICIO:

Fecha Firma: 2019-02-08 10:45:17, INMACULADA MAILLO ROSON

1.9.2 SOLVENCIA TÉCNICA

En relación a la solvencia técnica se considerará justificada, en virtud de lo establecido en el artículo 89.1 a) de la LCSP mediante relación de los principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (sin IVA).

Importe mínimo por lote a acreditar:

Lotes	SOLVENCIA TECNICA
1	258.650
2	206.752
3	72.024
4	14.535
5	8.894
6	231.112
7	286.342
8	2.940
9	4.533
10	445.410
11	12.852
12	31.080
13	74.529
14	16.646
15	11.739
16	2.901
17	61.318
18	14.452
19	3.086
20	65.450
21	140.000
22	21.210
23	64.260
24	62.216
25	2.832
26	2.257
27	355.460
28	11.634



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641C5B9946D8F49E6397C - Fecha Copia: 08/02/2019 11:08:44

Firmado por:

JEFE DE SERVICIO:

Fecha Firma: 2019-02-08 10:45:17, INMACULADA MAILLO ROSON

1.10 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Según lo establecido en el artículo 116.4 c) de la LCSP, y teniendo en cuenta el artículo 145 de la misma ley, la justificación de los criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato son los siguientes:

1.10.1 . Criterios evaluables mediante fórmulas

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:	FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN
		Máx. 18 puntos
Precio	No se asignará puntuación alguna a las proposiciones que coincidan con el precio Máx. de licitación, puntuándose el resto de forma proporcional según la siguiente fórmula:	Máx. 6 puntos
	$P_o = (P_c * O_v) / O_e$	
	Po: puntos oferta; Pc: puntos criterio; Ov: oferta más económica, mínimo importe; Oe: oferta a evaluar.	
Línea 900	Si dispone de línea 900 de atención gratuita	3 puntos
Plazo entrega	Si el plazo de entrega ordinario es \leq a 7 días	3 puntos
	Si el plazo de entrega urgente es \leq 24 horas	3 puntos
Caducidad en el momento de la entrega	Si el margen de caducidad de los productos en el momento de la entrega es de al menos el 70% del plazo de validez desde su fabricación	3 puntos

Se puntúan máximo 18 puntos a los criterios evaluables mediante fórmulas, debiendo igualar o superar las ofertas el 50% de la puntuación total. Por lo tanto se fija un umbral mínimo de 9 puntos o superarlos para continuar el proceso selectivo.

Justificación de la fórmula del criterio precio:

Se asignará la mayor puntuación al licitador cuya proposición económica sea la más baja, puntuándose el resto de forma proporcional. Se trata de una proporción inversa, ya que se otorga el máximo de puntos al menor precio ofertado.

No se puntuarán las proposiciones cuyo precio coincida con el precio máximo de licitación, de esta forma no se aumentan significativamente los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas.

Se atribuye una proporción constante de puntos, de tal forma que ante pequeñas bajadas de precio no hay gran diferencia de puntos otorgados, así se evita que con una diferencia mínima en la oferta económica la puntuación varíe sustancialmente, resultando una proporción desmesurada y por ello injusta.

La puntuación atribuida al precio de las distintas ofertas es proporcional a la reducción del precio.



Justificación de la fórmula del criterio línea 900:

Se asignarán 3 puntos si dispone de línea 900 de atención gratuita, para que no resulten gravosas económicamente las consultas de los usuarios.

Justificación de la fórmula del criterio plazo entrega:

Se asignarán 3 puntos, si el plazo de entrega ordinario es \leq a 7 días, para mayor rapidez en el suministro.

Se asignarán 3 puntos si el plazo de entrega urgente es \leq 24 horas, para mayor rapidez en el suministro.

Justificación de la fórmula del criterio caducidad en el momento de la entrega:

Se asignarán 3 puntos si el margen de caducidad de los productos en el momento de la entrega es de al menos el 70% del plazo de validez desde su fabricación, porque aumenta el periodo de utilidad del producto.

1.10.2 Criterios sujetos a juicio de valor: No existen

2. TÉRMINOS A APLICAR EN LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

2.1 VIGENCIA DEL CONTRATO

La duración del contrato del último procedimiento derivado que se tramite no podrá concluir más allá de seis meses después de la expiración de la vigencia del Acuerdo Marco

2.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Según lo establecido en el artículo 116.4 c) de la LCSP, y teniendo en cuenta el artículo 145 de la misma ley, la justificación de los criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación del contrato son los siguientes:

2.2.1 Criterios evaluables mediante fórmulas: Oferta económica

Serán al menos del 55% respecto al total de la puntuación (100 puntos), repartiéndose máximo 55 puntos, empleándose la siguiente fórmula:



Precio	No se asignará puntuación alguna a las proposiciones que coincidan con el precio Máx. de licitación, puntuándose el resto de forma proporcional según la siguiente fórmula:	Máx. 55 puntos
	$Po = (Pc \cdot Ov) / Oe$	
	Po: puntos oferta; Pc: puntos criterio; Ov: oferta más económica, mínimo importe; Oe: oferta a evaluar.	

Justificación de la fórmula:

Se asignará la mayor puntuación al licitador cuya proposición económica sea la más baja, puntuándose el resto de forma proporcional. Se trata de una proporción inversa, ya que se otorga el máximo de puntos al menor precio ofertado.

No se puntuarán las proposiciones cuyo precio coincida con el precio máximo de licitación, de esta forma no se aumentan significativamente los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas.

Se atribuye una proporción constante de puntos, de tal forma que ante pequeñas bajadas de precio no hay gran diferencia de puntos otorgados, así se evita que con una diferencia mínima en la oferta económica la puntuación varíe sustancialmente, resultando una proporción desmesurada y por ello injusta.

La puntuación atribuida al precio de las distintas ofertas es proporcional a la reducción del precio.

2.2.2 Criterios sujetos a juicio de valor:

Serán al menos del 45% respecto al total de la puntuación (100 puntos), repartiéndose máximo 45 puntos.

Los licitadores deberán presentar la documentación técnica que estimen oportuna para valorar la oferta.

Los términos que servirán de base para la adjudicación de los contratos de suministros derivados son los siguientes:



CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. LOTES 1 a 2			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTAJACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	10
		Se valorará la ergonomía en el diseño que facilite la técnica de punción.	4
		Se valorará que el diseño facilite la visualización del correcto posicionamiento del dispositivo en el vaso sanguíneo	4
		Se valorará la flexibilidad y resistencia a acodaduras de la cánula externa que minimice el riesgo de flebitis o interrupción del fluido venoso por acodamiento	3
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE REFLUJO DE SANGRE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. LOTES 3 a 4			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTAJACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	10
		Se valorará la ergonomía en el diseño que facilite la técnica de punción.	2
		Se valorará que el diseño facilite la visualización del correcto posicionamiento del dispositivo en el vaso sanguíneo	2
		Se valorará la funcionalidad del sistema de retención de reflujo o filtros que retengan fluido tras la punción venosa	5
		Se valorará la flexibilidad y resistencia a acodaduras de la cánula externa que minimice el riesgo de flebitis o interrupción del fluido venoso por acodamiento	2
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641C5B9946D8F49E6397C - Fecha Copia: 08/02/2019 11:08:44

Firmado por:

JEFE DE SERVICIO:

Fecha Firma: 2019-02-08 10:45:17, INMACULADA MAILLO ROSON

SISTEMA CERRADO INTEGRADO DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON ALARGADERA EN "Y" Y VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. Lote 5		
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		PUNTAJACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes
		Se valorará la ergonomía en el diseño que facilite la técnica de punción.
		Se valorará que el diseño facilite la visualización del correcto posicionamiento del dispositivo en el vaso sanguíneo
		Se valorará la funcionalidad del sistema de control de flujo.
		Se valorará la flexibilidad y resistencia a acodaduras de la cánula externa que minimice el riesgo de flebitis o interrupción del fluido venoso por acodamiento
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior

AGUJA HIPODÉRMICA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LOTE 6		
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		PUNTAJACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes
		Se valorará la funcionalidad del sistema que permita la visualización del retorno venoso
		Se valorará la seguridad del sistema que minimice el riesgo de que la aguja se desconecte del dispositivo de seguridad
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior


AGUJAS PARA INFUSIÓN/EXTRACCIÓN DE SANGRE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LOTES 7 a 10		
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		PUNTAJACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes
		Se valorará la ergonomía en el diseño que facilite la técnica de punción
		Se valorará la funcionalidad del sistema que permita la visualización del retorno venoso
		Se valorará la seguridad de la conexión al portatubos o equipos de perfusión.
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior



DISPOSITIVO DE CONEXIÓN A CATÉTER, PARA OBTENCIÓN MUESTRAS SANGUÍNEAS POR VACÍO. LOTE 11			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la cánula al tubo de extracción de la muestra	10
		Se valorará la ergonomía en el diseño que facilite la técnica de conexión a dispositivo de punción y a tubo de extracción de la muestra	10
		Se valorará que el tipo de cono minimice el riesgo de hemólisis en la muestra obtenida	10
		Se valorará que el diseño facilite la visualización del tubo de extracción en el momento de la obtención de la muestra	11
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2

AGUJAS PARA PUNCIÓN RESERVORIO SUBCUTÁNEO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. LOTES 12 a 15			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	12
		Se valorará la ergonomía en el diseño que facilite la técnica de punción	2
		Se valorará que el diseño facilite el control de la inserción del dispositivo en el reservorio.	2
		Se valorará la funcionalidad del sistema que permita la visualización del retorno venoso	2
		Se valorará que el diseño del bisel minimice el riesgo de deterioro del reservorio o permita su sellado absoluto al retirar la aguja	3
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2

AGUJAS CON JERINGA PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. LOTES 16 a 18			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	12
		Se valorará en la jeringa que la cantidad, tamaño o acentuación en la impresión de las líneas o de los dígitos de la escala permitan visualizar fácilmente el contenido de la jeringa.	5
		Se valorará en la jeringa la manejabilidad en relación a diseño de alas y remate del vástago que reduzcan el riesgo de deslizamiento del dedo en el momento de la presión	2
		Se valorará en la jeringa que el sistema cuerpo-émbolo se deslice suavemente, que no se desconecte el sistema fácilmente impidiendo la salida accidental del contenido de la jeringa y que se visualicen las posibles burbujas para su retirada	2
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2



AGUJAS CON JERINGA PARA ADMINISTRACIÓN DE TUBERCULINA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. LOTE 19			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	10
		Se valorará que la morfología de la jeringa permita la administración de la tuberculina entre 5° y 15° de angulación	5
		Se valorará en la jeringa que el tamaño o acentuación en la impresión de las líneas o de los dígitos de la escala permitan visualizar fácilmente el contenido de la jeringa.	2
		Se valorará en la jeringa la manejabilidad en relación a diseño de alas y remate del vástago que reduzcan el riesgo de deslizamiento del dedo en el momento de la presión	2
		Se valorará en la jeringa que el sistema cuerpo-émbolo se deslice suavemente, que no se desconecte el sistema fácilmente impidiendo la salida accidental del contenido de la jeringa y que se visualicen las posibles burbujas para su retirada	2
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2

AGUJA CON JERINGA PARA GASOMETRÍA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LOTE 20			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	10
		Se valorará en la jeringa que la cantidad, tamaño o acentuación en la impresión de las líneas o de los dígitos de la escala permitan visualizar fácilmente el contenido de la jeringa.	2
		Se valorará en la jeringa la manejabilidad en relación a diseño de alas y remate del vástago que reduzcan el riesgo de deslizamiento del dedo en el momento de la presión	2
		Se valorará en la jeringa que el sistema cuerpo-émbolo se deslice suavemente, que no se desconecte fácilmente impidiendo la salida accidental del contenido de la jeringa y que se visualicen las posibles burbujas para su retirada	2
		Se valorará la seguridad del dispositivo protector para el manejo y transporte de la jeringa en condiciones anaeróbicas, incluidos tubos neumáticos	1
		Se valorará la seguridad el sistema de extracción de burbujas, que permita evitar el contacto con la muestra.	2
		Se valorará la seguridad del sistema que reduzca el riesgo de errores en las determinaciones analíticas de gasometría.	2
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2

AGUJA Y CÁNULA PUNTA ROMA PARA CARGA DE MEDICACIÓN. LOTES 21 y 22			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja o cánula en los tapones, en relación al corte del bisel	18
		Se valorará la manejabilidad en relación al suave deslizamiento de la aguja y fácil aspiración del fluido	17
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	5
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	5



AGUJA PARA PLUMA, BOLÍGRAFO Y JERINGA DE INSULINA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. LOTE 23			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	10
		Se valorará la facilidad de conexión de la aguja a la pluma, bolígrafo o jeringa precargada de insulina	3
		Se valorará la estanqueidad entre la aguja y la pluma, bolígrafo o jeringa precargada de insulina	4
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	10
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	10
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto	4
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	4

LANCETA DE PUNCIÓN CAPILAR CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LOTE 24			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará que el diseño facilite la sujeción del dispositivo y la punción durante la técnica (incluso con guantes)	8
		Se valorará la facilidad de manejo del dispositivo de seguridad en el momento de la activación	7
		Se valorará la resistencia a la activación no intencionada del mecanismo de seguridad, que evite el riesgo de inutilización del producto antes de su uso	11
		Se valorará la funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado, que evite posibles exposiciones a sangre o pinchazos accidentales	11
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	4
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	4

AGUJA CON JERINGA PARA AUTOADMINISTRACIÓN DE INSULINA LOTES 25 a 26			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	20
		Se valorará la ergonomía en el diseño que permita la punción con una sola mano	10
		Se valorará en la jeringa que la cantidad, tamaño o acentuación en la impresión de las líneas o de los dígitos de la escala permitan visualizar fácilmente el contenido de la jeringa.	4
		Se valorará en la jeringa la manejabilidad en relación a diseño de alas y remate del vástago que reduzcan el riesgo de deslizamiento del dedo en el momento de la presión	4
		Se valorará en la jeringa que el sistema cuerpo-émbolo se deslice suavemente, que no se desconecte el sistema fácilmente impidiendo la salida accidental del contenido de la jeringa y que se visualicen las posibles burbujas para su retirada	3
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	2
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	2



AGUJA PARA PLUMA, BOLÍGRAFO Y JERINGA DE INSULINA PARA USO DE PACIENTE. LOTE 27			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de inserción de la aguja, en relación en su conjunto al corte del bisel, indicadores de la posición del bisel, dispositivos anti-rotación de la aguja o relieves antideslizantes	13
		Se valorará la facilidad de conexión de la aguja a la pluma, bolígrafo o jeringa precargada de insulina	12
		Se valorará la estanqueidad entre la aguja y la pluma, bolígrafo o jeringa precargada de insulina	12
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	4
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	4

LANCETA DE PUNCIÓN CAPILAR PARA USO DE PACIENTE LOTE 28			
CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR		FORMA VALORACIÓN:	PUNTUACIÓN Máx. 45 puntos
Funcionalidad, manejabilidad o ergonomía	Aspectos técnicos	Se valorará la facilidad de conexión de la lanceta con los lanzadores (bolígrafos o dispositivos similares)	19
		Se valorará la seguridad en la retirada de la lanceta tras su uso	18
	Envase exterior	Se valorará la visibilidad del etiquetado en relación al tamaño y nitidez de la impresión del texto.	4
		Se valorará la facilidad de apertura del envase exterior	4

Justificación de la puntuación:

Se puntuarán aquellas ofertas que mejoren las características establecidas como mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La justificación de la elección de estos criterios, es que están vinculados directamente al objeto del acuerdo marco y contribuirán todos ellos y de forma conjunta a la selección de artículos en continua innovación y de máxima calidad, siendo la última finalidad conseguir una óptima atención a los pacientes.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641C5B9946D8F49E6397C - Fecha Copia: 08/02/2019 11:08:44

Firmado por:

JEFE DE SERVICIO:

Fecha Firma: 2019-02-08 10:45:17, INMACULADA MAILLO ROSON

2.3 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Se considera necesaria la elección las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social según lo establecido en el artículo 116 y en relación con el 202 de la LCSP:

En cumplimiento del ACUERDO 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, publicado en el BOCYL el 25 de julio de 2016, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación, las empresas que resulten adjudicatarias estarán obligadas a que un porcentaje de trabajadores goce de estabilidad laboral.

Condición: En el caso de resultar adjudicataria, la empresa deberá tener en la plantilla que ejecute el contrato al menos un 30% de trabajadores que gocen de estabilidad laboral.

Para el cómputo del número de trabajadores con contrato indefinido, se tendrá en cuenta exclusivamente las jornadas laborales completas, de manera que si son contratados trabajadores a jornada parcial, se sumarán las horas de estos para calcular el número de trabajadores equivalentes a jornada completa.

Acreditación de ejecución: Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá acreditar tal circunstancia, según se indica a continuación:

– En el caso de que el pago de la prestación se realice de forma periódica, se adjuntará con las facturas los documentos TC2 y los contratos u otro documento que acredite la contratación indefinida. Cuando fuera preciso se aportarán otros documentos (DNI, etc.) que identifiquen a las personas contratadas indefinidamente. En el caso de que el pago sea único la documentación anterior se entregará al órgano de contratación antes de la finalización del primer mes transcurrido desde el inicio del contrato y de nuevo con la factura, si la duración de la prestación fuera superior a dos meses.

– Al presentar la anterior documentación por primera vez, y siempre que haya modificaciones en los trabajadores afectados, se aportará documentación acreditativa de la contratación indefinida.

LA JEFE DE SERVICIO DE COMPRAS SANITARIAS



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641C5B9946D8F49E6397C - Fecha Copia: 08/02/2019 11:08:44

Firmado por:

JEFE DE SERVICIO:

Fecha Firma: 2019-02-08 10:45:17, INMACULADA MAILLO ROSON